

Số: 181 /YCBG-TTYT

Thị xã Quảng Trị, ngày 10 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc Cung cấp Máy Khúc xạ kế tự động

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp Máy khúc xạ kế tự động của Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị. Địa chỉ: Số 09 Đoàn Thị Điểm-Phường 2-thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Cử nhân Phan Hải Phong-Chuyên viên phòng Tổ chức-Hành chính. Điện thoại liên lạc số: 0911420678. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc Gửi báo giá đến: Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị. Địa chỉ: Số 09 Đoàn Thị Điểm-Phường 2-thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

- Mỗi báo giá đề nghị Quý công ty cung cấp 02 bản.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 10 tháng 09 năm 2024 đến trước 17h00, ngày 19 tháng 09 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Khúc xạ kế tự động	Theo phụ lục đính kèm	01	Chiếc

- Bảo giá trọn gói bao gồm cả lắp đặt, phí và các loại thuế theo quy định.

1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: theo phụ lục đính kèm.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Phương thức thanh toán:

Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi Nhà thầu hoàn thành việc bán giao, nghiệm thu toàn bộ hàng hóa thuộc của gói thầu và nộp đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định của pháp luật. Rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



Phạm Bá Công



PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 18/YCBG-TTYT ngày 10 tháng 09 năm 2024)

Máy Khúc xạ kế tự động

Số lượng: 01 chiếc

I/ Yêu cầu chung

- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.
- Chất lượng mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.
- Nguồn điện: 220V/50Hz
- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam

II/ Yêu cầu cấu hình

- 01 máy chính
- 01 mắt test máy
- 01 tập giấy đặt cầm
- 01 cuộn giấy in nhiệt
- 01 bộ Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt
- Các phụ kiện khác để máy hoạt động bình thường
- Chân bàn điều khiển bằng động cơ điện (Trung Quốc): 01 chiếc

III/ Thông số kỹ thuật:

- Khoảng đo:

Tiêu chí	Khoảng đo	Bước chuyển
Cầu (S)	-20 ~ +20D (VD = 12)	0.12D/0.25D
Trụ (C)	-8 ~ +8D	0.12D/0.25D
Trục (AX)	0 ~ 180°	1°
Khoảng cách đồng tử	45 ~ 85mm	1mm

- VD: 0, 12, 13.75, 15mm
- Đường kính đồng tử nhỏ nhất có thể đo được: 2.0mm
- Màn hình màu LCD: 5.7"
- Cố định mắt: hệ thống tự động
- Lưu giữ liệu: 10 kết quả cho mỗi mắt
- Chế độ tiết kiệm điện: tự động tắt sau 5 - 10 phút
- In: máy in nhiệt
- Nguồn điện: 110, 220 hoặc 240V; 50/60Hz, 60VA
- Kích thước: 500 x 288 x 480mm
- Trọng lượng: ~14kg

IV. Các yêu cầu khác:

- Địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị

- Thời gian giao hàng kể từ ngày ký kết hợp đồng: 08-10 tuần.
- Thời gian bảo hành: 12 tháng.
- Có cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 10 năm kèm theo báo giá.
- Có hướng dẫn cho người vận hành về sử dụng và bảo trì thành thạo tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị
- Có chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng.
- Có ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất.
- Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y tế cấp khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định.

** **Ghi chú:** Cấu hình kỹ thuật mang tính chất tham khảo. Quý đơn vị được quyền góp ý nếu nhận thấy cấu hình kỹ thuật trên chưa đầy đủ hoặc có tính chỉ định nếu quý đơn vị có cấu hình kỹ thuật tốt hơn, chất lượng tốt hơn, quý đơn vị vui lòng góp ý để Trung tâm hoàn thiện việc xây dựng cấu hình kỹ thuật, để tiến hành thực hiện công tác mua sắm sớm nhất.*